

<http://www.bosmal.com.pl>

E-mail:

[bosmal@bosmal.com.pl](mailto:bosmal@bosmal.com.pl)

Sekretariat:

☎ +48 33 8130539

☎ +48 33 8130538

☎ +48 33 8125038

REGON: 072907563

NIP: 547-201-31-59

Konta bankowe:

Bank Pekao SA

32 1240 4142 1111 0000

4823 8630,

Bank Handlowy SA

08 1030 1087 0000 0000

8317 2002

Kapitał zak.: 5 150 000 zł

AQAP 2110:2009  
PN-EN ISO 9001:2009  
1124/A/2015JBS-199/2/2015  
B-21/2/2015

AB 128

TEST WORK SUPPLIER  
CERTIFICATE

Bielsko-Biała, 28.07.2017r.

**BOS/117/NZ/17**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę (wraz z instalacją i uruchomieniem)**  
**fabrycznie nowej, automatycznej, elektrycznej stapiarki próbek mineralnych**  
**(stałych i proszkowych) i polimerów, dla celów analizy WD-XRF BOS/66/NZ/17**

Niniejszym informujemy, iż w dniu 27.07.2017r. z pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynęło do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. pytanie od jednego z potencjalnych oferentów dotyczące SIWZ.

Poniżej udzielamy następujących wyjaśnień:

1. W §8. Inne warunki, pkt. 2 wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia świadectwa wzorcowania temperatury w komorze pieca w co najmniej 4 punktach pomiarowych przez akredytowane laboratorium wzorcujące/GUM.

Co w przypadku, jeżeli nie ma takiego akredytowanego laboratorium, które mogłoby dokonać takiego pomiaru?

Ad. 1 Wyjaśniamy, że nie dostarczenie dokumentów wymaganych w §8 pkt. 2 SIWZ (inne warunki) spowoduje wezwanie do ich uzupełnienia, a w przypadku braku uzupełnienia dokumentów oferta zostanie odrzucona. Jednocześnie informujemy, że lista akredytowanych laboratoriów wzorcujących jest dostępna na stronie [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl).