

www.bosmal.com.pl

**E-mail:**

bosmal@bosmal.com.pl

**Sekretariat:**

+48 33 8130539

+48 33 8130538

**REGON:** 072907563

**NIP:** 547-201-31-59

**Konta bankowe:**

Bank Pekao SA

32 1240 4142 1111 0000  
4823 8630,

Bank Handlowy SA

08 1030 1087 0000 0000  
8317 2002

**Kapitał zak.:** 5 150 000 zł



AQAP 2110:2016  
PN-EN ISO 9001:2015-10



PN-EN ISO 9001:2015-10  
PN-ISO 45001:2018-06  
PN-EN ISO 14001:2015-09



AB 128



www.bosmal.com.pl



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Rzeczpospolita Polska**



**Śląskie.**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Bielsko – Biała, dn. 30.11.2020

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę komory klimatycznej BOS/35/NZ/20**

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonej analizy ofert postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komory klimatycznej BOS/35/NZ/20 wygrała firma **Spectro-Lab Jan Borkowski al. 3 Maja 2/170; 00-391 Warszawa**, składając najkorzystniejszą ofertę.

Umowa zostanie podpisana w dniu 11.12.2020r.

Poniżej przedstawiamy szczegółową analizę:

- kryterium cena PLN:

Spectro-Lab Jan Borkowski	Envitest J. Pacholski S.J.
(3471397,02/3471397,02)x0,60x100= <b>60pkt.</b>	(3920994,00/3920994,00)x0,53x100= <b>53 pkt.</b>

- kryterium możliwość umieszczenia powierzchni stołu poziomego systemu wibracyjnego powyżej powierzchni podłogi komory:

Spectro-Lab Jan Borkowski	Envitest J. Pacholski S.J.
<b>10</b>	<b>0</b>

- kryterium ograniczenie powierzchni fartucha do uszczelnienia obszaru „drive bara” systemu wibracyjnego:

Spectro-Lab Jan Borkowski	Envitest J. Pacholski S.J.
<b>4</b>	<b>0</b>

- kryterium objętość komory powyżej 9,4m<sup>3</sup>

Spectro-Lab Jan Borkowski	Envitest J. Pacholski S.J.
<b>4</b>	<b>0</b>

- kryterium dodatkowy okres gwarancji (wydłużenie gwarancji o 12 miesięcy):

Spectro-Lab Jan Borkowski	Envitest J. Pacholski S.J.
<b>10</b>	<b>0</b>

**SUMA:**

Spectro-Lab Jan Borkowski	Envitest J. Pacholski S.J.
<b>88</b>	<b>53</b>