

<http://www.bosmal.com.pl>E-mail:
bosmal@bosmal.com.plSekretariat:
☎ +48 33 8130539
☎ +48 33 8130538REGON: 072907563
NIP: 547-201-31-59Konta bankowe:
Bank Pekao SA
32 1240 4142 1111 0000
4823 8630,Bank Handlowy SA
08 1030 1087 0000 0000
8317 2002

Kapitał zak.: 5 150 000 zł

Bielsko-Biała, 18.09.2018r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę oscyloskopu cyfrowego- BOS/167/NZ/18

Niniejszym informujemy, iż w dniu 17.09.2018r. wpłynęły do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. zapytania potencjalnych oferentów, dotyczące SIWZ.
Poniżej udzielamy następujących wyjaśnień.

PYTANIA:

1. Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop z sondami pasywnymi 500MHz lub aktywnymi 1GHz ?
2. Czy Zamawiający wymaga aby oscyloskop posiadał wbudowany analizator stanów logicznych, a jeżeli tak to ilukanałowy?

ODPOWIEDZI:

Ad.1 Zamawiający dopuszcza oscyloskop z sondami aktywnymi minimum 1Ghz.

Ad.2 Zamawiający wymaga dostarczenia oscyloskopu z 4 kanałami analogowymi z możliwością uruchomienia wielokanałowego analizatora stanów logicznych (32 kanały cyfrowe). Wykorzystanie kanałów cyfrowych może się odbywać kosztem 4 kanałów analogowych. Uruchomiony analizator stanów logicznych powinien pracować z prędkością nie mniejszą niż 6GS/s (w każdym kanale pomiarowym).



AQAP 2110

JBS-199/2/2015
B-21/2/2015

4 022 2010 L

