

Instytut Badań i Rozwoju  
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

**BOSMAL**

NIP 547-201-31-59 REGON 072907563  
43-300 Bielsko-Biała, ul. Sarni Stok 93  
tel. +48 33 81 30 540 fax +48 33 81 25 038

Bielsko-Biała, 27.07.2017r.

BOS/115/NZ/17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę (wraz z instalacją i uruchomieniem)  
fabrycznie nowej, automatycznej, elektrycznej stapiarki próbek mineralnych  
(stałych i proszkowych) i polimerów, dla celów analizy WD-XRF BOS/66/NZ/17

Niniejszym informujemy, iż w dniu 26.07.2017r. z pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynęło do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. pytanie od jednego z potencjalnych oferentów dotyczące SIWZ.

Poniżej udzielamy następujących wyjaśnień:

1. W pkt. 3 SIWZ „Wymagania dodatkowe” znajduje się opis: 2 kompletne ceramiczne uchwyty do tygli i foremek (możliwość regulacji uchwytów do foremek). Czy składana oferta ma zawierać również uchwyt do foremek o innej średnicy czy ma to być możliwość na przyszłość, jeżeli zechcą Państwo zmienić średnicę foremek?
- Ad. 1 Informujemy, iż powyższe sformułowanie oznacza, że punktowym rozwiązaniem są uchwyty mogące zapewnić w przyszłości możliwość wykorzystywania foremek o innej średnicy. Składana oferta nie musi zawierać uchwytów o innej średnicy niż wymieniona w SIWZ wynosząca 32 mm.