

Prezes Zarządu  
33 81 30 540

Z-ca Prezesa Zarządu  
33 81 30 547

Z-ca Prezesa Zarządu  
33 81 30 575

Członek Zarządu  
33 81 30 500

Sekretariat :  
33 81 30 539  
33 81 30 538

Fax:  
33 81 25 038

E-mail:  
[bosmal@bosmal.com.pl](mailto:bosmal@bosmal.com.pl)  
<http://www.bosmal.com.pl>

REGON: 072907563  
NIP: 547-201-31-59

Konto:  
Bank Pekao SA  
32 1240 4142 1111  
0000 4823 8630  
Bank Handlowy SA  
08 1030 1087 0000  
0000 8317 2002

Kapitał zakładowy:  
5 150 000 zł



JBS - 199/1/2012



AB 128



**TÜV**  
TEST WORK SUPPLIER  
CERTIFICATE

**Niniejszym informujemy, że wpłynęły do zamawiającego zapytania dotyczące przetargu na dostawę komory klimatycznej BOS/46/FZ/15**

1. Czy szybkość zmian temperatury 5 st./min. w zakresie -40C...+125C dotyczy komory z wsadem 200 kg aluminium, tylko jako metal czy wydzielającym ciepło?
2. Czy komora ma mieć możliwość zmian temperatury z szybkością 5st./min. w zakresie -40C...+125C z elementem grzejnym wydzielającym 4 kW ciepła?
3. Czy komora ma mieć możliwość zmian temperatury z szybkością 5st./min. w zakresie -40C...+125C z elementem grzejnym wydzielającym 10 kW ciepła?

**Udzielamy wyjaśnień:**

- Ad. 1 Komora ma zapewniać osiągi 5 st. C / min dla ładunku 200 kg aluminium (nie wydzielającego ciepła)
- Ad. 2 Komora będzie służyć zarówno dla urządzeń/obiektów nie wydzielających ciepła, jak i wydzielających ciepło.  
Dla urządzeń wydzielających ciepło (zakładamy min 4 kW) komora powinna utrzymywać temperaturę -40 st.C podczas wydzielania tego ciepła.
- Ad. 3 Szybkość zmian temperatury przy nagrzewaniu komory nie powinna uwzględniać wydzielania tego ciepła.