



BOS/1/FZ/14

Niniejszym informujemy, że w dniu 2014-04-07 wpłynęło do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. zapytanie jednego z potencjalnych oferentów dotyczące treści SIWZ, udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

„w przypadku materiałów eksploatacyjnych i podzespołów o czasie krótszym niż 24 miesiące, wymagane jest dostarczenie zapasu tych części wystarczającego na okres 24 miesięcy.

Ilość materiałów eksploatacyjnych potrzebnych na okres 24 miesięcy, jest ściśle związana z intensywnością pracy zamawianego urządzenia. W szczególności związane jest to z ilością i rodzajem próbek przygotowywanych na urządzeniu opisanym w pkt. 64 oraz z czasem pracy na mikroskopie elektronowym.

Bardzo prosimy o określenie średniej liczby próbek oraz ich rodzaju, jakie będą przygotowywane w ciągu tygodnia lub miesiąca za pomocą urządzenia opisanego w pkt 64.

Bardzo prosimy również o szacowanie przewidywanego czasu pracy źródła elektronów w mikroskopie skaningowym w ciągu tygodnia lub miesiąca.”

Odpowiedź 1.

Pod pojęciem „materiały eksploatacyjne” zamawiający rozumie przede wszystkim włókna wolframowe oraz uszczelki. Ze względu na fakt, że każdy producent deklaruje inny czas pracy pojedynczego włókna, Oferent winien zaproponować taką ilość tych materiałów, która standardowo wystarczy na okres 24 miesięcy, przy średnim, przewidywanym użytkowaniu mikroskopu ok. 6 godzin dziennie.

Pytanie 2.

„W pkt. 15 Istotnych Postanowień Umowy wymagają Państwo możliwości zakupu części zamiennych oraz serwisu pogwarancyjnego przez okres co najmniej 10 lat od daty dostawy urządzenia. Czy wyrażają Państwo zgodę na okres 8 lat od daty dostawy urządzenia?”

Odpowiedź 2.

Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość zakupu części zamiennych oraz serwisu pogwarancyjnego przez 8 lat. Możliwość zakupu części zamiennych oraz serwisu pogwarancyjnego Wykonawca winien zapewnić przez okres co najmniej 10 lat od daty dostawy urządzenia.

