

Prezes Zarządu
33 81 30 540
Z-ca Prezesa Zarządu
33 81 30 547
Z-ca Prezesa Zarządu
33 81 30 575
Członek Zarządu
33 81 30 500

Sekretariat :
33 81 30 539
33 81 30 538

Fax:
33 81 25 038

E-mail:
bosmal@bosmal.com.pl
<http://www.bosmal.com.pl>

REGON: 072907563
NIP: 547-201-31-59

Konto:
Bank Pekao SA
32 1240 4142 1111
0000 4823 8630
Bank Handlowy SA
08 1030 1087 0000
0000 8317 2002

Kapitał zakładowy:
5 150 000 zł



JBS – 199/1/2012



AB 128



Bielsko-Biała, 13.02.2015r.

BOS/1/FZ/15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację systemu indykacji

Niniejszym informujemy, że w dniu 2015-02-06 wpłynęło do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. zapytanie jednego z potencjalnych oferentów dotyczące treści SIWZ, udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Jakie są dostępne opcje komunikacji Państwa systemów automatyki z systemem indykacji będącym przedmiotem niniejszego przetargu?

Odpowiedź

Technicznie możliwa jest komunikacja przez interfejs szeregowy RS232, LAN lub USB, aczkolwiek komunikacja poprzez interfejs RS232 w tym przypadku jest nie do zaakceptowania.

Pytanie 2

Czy akceptowalna jest komunikacja szeregową RS-232 z użyciem protokołu IndiCom Serial Testbed Protocol firmy AVL (format ASCII) dla systemu Horiba Stars?

Odpowiedź

Komunikacja szeregową RS232 z użyciem wymienionego protokołu nie jest w tym przypadku akceptowalna.

Pytanie 3

Czy w przypadku systemu automatyki AVL Puma posiadacie Państwo opcję CDH?

Odpowiedź

Tak, posiadamy.

Pytanie 4

Czy dopuszczacie Państwo możliwość rezygnacji z opcji rozbudowy o kolejne moduły rejestracji i wzmacniacze – możliwości pracy w sposób kaskadowy?

Odpowiedź

Nie, nie dopuszczamy.