

Prezes Zarządu  
33 81 30 540  
Z-ca Prezesa Zarządu  
33 81 30 547  
Z-ca Prezesa Zarządu  
33 81 30 575  
Członek Zarządu  
33 81 30 500  
Sekretariat :  
33 81 30 539  
33 81 30 538

Fax:  
33 81 25 038

E-mail:  
bosmal@bosmal.com.pl  
http://www.bosmal.com.pl

REGON: 072907563  
NIP: 547-201-31-59

Konto:  
Bank Pekao SA  
32 1240 4142 1111  
0000 4823 8630  
Bank Handlowy SA  
08 1030 1087 0000  
0000 8317 2002

Kapitał zakładowy:  
5 150 000 zł



JBS – 199/1/2012



AB 128



Bielsko-Biała, 21.10.2015r.

**BOS/68/FZ/15**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę komory korozyjnej CCT**

Niniejszym informujemy, że w dniu 20.10.2015 wpłynęło do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. zapytanie jednego z potencjalnych oferentów dotyczące treści SIWZ.

Poniżej udzielamy następujących wyjaśnień:

1. Ponieważ poszukiwana przez Państwa komora nie została wdrożona na terenie Polski, czy zamawiający zgadza się na przedstawienie przez dostawcę 2 referencji dostaw komór korozyjnych CCT pozwalających na prowadzenie badań cyklicznych, klimatyczno-korozyjnych z regulacją temperatury i wilgoci w zakresie temperatur dodatnich oraz listy referencyjnej producenta (w zakresie dodatnich i ujemnych temperatur)?

Ad.1 - zamawiający zgadza się na przedstawienie przez dostawcę 2 referencji dostaw komór korozyjnych CCT z listy referencyjnej producenta.

2. W związku z wysokim stopniem złożoności technologicznej komory, a co za ty idzie wydłużonym czasem jej produkcji, czy zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu dostawy do 16 tygodni ale bez systemu natrysku próbek wg. normy VOLVO VCS 1027, 149?

3. W związku z wysokim stopniem złożoności technologicznej komory, a co za ty idzie wydłużonym czasem jej produkcji, czy zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu dostawy do 28 tygodni wraz z systemem natrysku próbek wg. normy VOLVO VCS 1027, 149 wymagającym odpowiedniej certyfikacji?

Ad.2 i Ad.3 – zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu dostawy komory CCT. Czas dostawy musi wynosić najwyżej 9 tygodni.

System natrysku próbek wg normy VOLVO VCS 1027, 149 zgodnie z SIWZ, jest parametrem technicznym 1 - ocenianym, za który uzyskuje się dodatkowe punkty. Brak tego systemu nie powoduje odrzucenia oferty.

4. Czy zamawiający jako oprogramowanie współpracujące z elektroniką urządzenia dopuszcza oprogramowanie w języku angielskim wraz z dokładną instrukcją w języku polskim?

Ad.4 - dopuszczamy oprogramowanie w języku angielskim wraz z dokładną instrukcją w języku polskim.

5. Jakiej wysokości wadium wymaga zamawiający (na str. 11 SIWZ wpisana jest kwota 4000 PLN, słownie zaś pięć tysięcy PLN)?

Ad.5 – zamawiający wymaga wadium w wysokości 4 000 PLN (cztery tysiące złotych).

6. Sterownik oferowanej przez nas komory pozwala na bezpośredni eksport danych w formacie ASCII, który można wykorzystać do tworzenia plików PDF, MS Excel, MS Word, MS Access. Czy zamawiający godzi się na takie rozwiązanie?

Ad.6 – zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie (eksport danych w formacie ASCII).

7. Czy zamawiający zgodzi się na 1 kanał pomiarowy z czujnikiem pozwalający na badanie temperatury w pobliżu próbki?

Ad.7 – zamawiający wyraża zgodę na jeden kanał pomiarowy z czujnikiem pozwalającym na badanie temperatury w pobliżu próbki.