

Prezes Zarządu
33 81 30 540
Z-ca Prezesa Zarządu
33 81 30 547
Z-ca Prezesa Zarządu
33 81 30 575
Członek Zarządu
33 81 30 500

Sekretariat :
33 81 30 539
33 81 30 538

Fax:
33 81 25 038

E-mail:
bosmal@bosmal.com.pl
<http://www.bosmal.com.pl>

REGON: 072907563
NIP: 547-201-31-59

Konto:
Bank Pekao SA
32 1240 4142 1111
0000 4823 8630
Bank Handlowy SA
08 1030 1087 0000
0000 8317 2002

Kapitał zakładowy:
5 150 000 zł



JBS - 199/1/2012



AB 128



TÜV
TEST WORK SUPPLIER
CERTIFICATE

Bielsko-Biała, 20.10.2015r.

BOS/68/FZ/15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę komory korozyjnej CCT

Niniejszym informujemy, że w dniu 19.10.2015 wpłynęło do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. zapytanie jednego z potencjalnych oferentów dotyczące treści SIWZ.

Poniżej udzielamy następujących wyjaśnień:

1. W §1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA punkt B:

w pozycji L.p. 1 zamawiający wyszczególnił normy, z którymi zgodna powinna być ofertowana komora solna. Norma ASTM D2242 została wycofana bez wprowadzenia normy zastępującej. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zakupu komory solnej bez zgodności z normą ASTM D2242 ?

Ad.1 Informujemy, że w związku z wycofaniem normy ASTM D2242 bez wprowadzenia normy zastępującej, zamawiający dopuszcza zakup komory CCT bez spełnienia warunku zgodności z tą normą.