

<http://www.bosmal.com.pl>E-mail:
bosmal@bosmal.com.pl**Sekretariat:**☎ +48 33 8130539
☎ +48 33 8130538
☎ +48 33 8125038

REGON: 072907563

NIP: 547-201-31-59

Konta bankowe:**Bank Pekao SA**
32 1240 4142 1111 0000
4823 8630,**Bank Handlowy SA**08 1030 1087 0000 0000
8317 2002**Kapitał zak.: 5 150 000 zł**AQAP 2110:2009
PN-EN ISO 9001:2009
1124/A/2015JBS-199/2/2015
B-21/2/2015

4 022 2010 L

TEST WORK SUPPLIER
CERTIFICATE

Bielsko-Biała, 01.02.2016r.

BOS/9/NZ/16**Dotyczy: przetargu na dostawę stanowiska do wyznaczania współczynnika pochłaniania dźwięku i izolacyjności akustycznej**

Niniejszym informujemy, że w dniu 27.01.2016 i 29.01.2016 wpłynęły do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. zapytania potencjalnych oferentów dotyczące treści SIWZ.

Poniżej udzielamy następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający dopuści ofertę na stanowisko badawcze, które składa się z jednej tuby impedancyjnej i pokrywa zakres pasma pomiarowego 50-5650 Hz? Średnica tuby to 35 mm.

Uzasadnienie:

- częstotliwości powyżej 5650 Hz nie są istotne, ponieważ jeśli badany materiał ma wysoką absorpcję przy 5650 Hz, to powyżej tej częstotliwości absorpcja będzie jeszcze większa, dla wszystkich materiałów w zastosowaniach motoryzacyjnych NVH (Noise, Vibration, Harshness).
- system z jedną tubą oznacza znaczną oszczędność dla nabywcy, także dla użytkownika (potrzebuje o połowę mniej czasu i pracy na przygotowywanie próbek, które są poza tym tylko jednej średnicy, także na ich montaż, a potem mniej prób pomiarowych i prostsza oraz krótsza analiza wyników), co oznacza, że generalnie jest bardziej produktywny w użytkowaniu.
- w systemie z jedną tubą nie występują zakłócenia w wynikach pomiarowych w strefie „zakładki” częstotliwości (1200-1800 Hz), które mogą być mylące dla użytkownika.

Ad.1 Informujemy, że musimy mieć pełen zakres, bo często wymagania do 6400 Hz są sztywne. Taki założyliśmy też zakres w badaniach naukowych.

2. W paragrafie 3 w podpunkcie „g)” wymagany jest wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat. Czy akceptują Państwo jako spełnienie tego wymogu oświadczenie producenta (Briel&Kajser Sound&Vibration Measurement A/S, Dania) o wykonaniu takich dostaw z podaniem dat wykonania i podmiotów? Oświadczenie będzie zawierało formułę umieszczoną przez producenta, że dostawy zostały wykonane należycie. Będą to podmioty znajdujące się poza terytorium Polski. Producent nie dysponuje listami referencyjnymi od odbiorców końcowych ponieważ nie jest to ogólnie przyjęty zwyczaj występowanie do klientów końcowych o pisemne referencje.

Ad.2 Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zamawiający może żądać: „wykazu wykonanych (...) dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami tymi są:

1. poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
2. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1)."

W związku z powyższym zamawiający nie wymaga jedynie referencji, ale winny to być również poświadczenia potwierdzające prawidłowy przebieg realizacji zawartych umów w okresie ostatnich 3 lat (np. protokoły odbioru).