

Prezes Zarządu  
33 81 30 540  
Z-ca Prezesa Zarządu  
33 81 30 547  
Z-ca Prezesa Zarządu  
33 81 30 575  
Członek Zarządu  
33 81 30 500

Sekretariat :  
33 81 30 539  
33 81 30 538

Fax:  
33 81 25 038

E-mail:  
bosmal@bosmal.com.pl  
http://www.bosmal.com.pl

REGON: 072907563  
NIP: 547-201-31-59

Konto:  
Bank Pekao SA  
32 1240 4142 1111  
0000 4823 8630  
Bank Handlowy SA  
08 1030 1087 0000  
0000 8317 2002

Kapitał zakładowy:  
5 150 000 zł



JBS - 199/1/2012



AB 128



TÜV  
TEST WORK SUPPLIER  
CERTIFICATE

Bielsko-Biała, 28.08.2015r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę równoczesnego spektrometru emisyjnego ICP-OES z podwójną obserwacją plazmy – BOS/64/FZ/15**

Niniejszym informujemy, że w dniu 26.08.2015 wpłynęły do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. zapytania potencjalnych oferentów dotyczące treści SIWZ. Poniżej udzielamy następujących wyjaśnień:

1. Standard wielopierwiastkowy organiczny jaki posiadamy w swojej ofercie nie zawiera Co, ponieważ Co jest bardzo często stosowany jako standard wewnętrzny i jest dostępny w specjalnych pojedynczych roztworach. Czy uznacie Państwo za zgodne ze specyfikacją zaoferowanie oddzielnego wzorca jednopierwiastkowy Co o stężeniu 1000 mg/kg?

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oddzielnego wzorca jednopierwiastkowego Co w matrycy organicznej o stężeniu 100 mg/kg, wraz z certyfikatem, o objętości 100 mL.

2. Wielopierwiastkowy standard nieorganiczny o stężeniu 1000 mg/l jaki posiadamy w swojej ofercie nie zawiera paru pierwiastków: Si, Sn, P, V, Mo, Ti. Czy uznacie Państwo za zgodne ze specyfikacją zaoferowanie oddzielnych wzorców jednopierwiastkowych dla wymienionych o stężeniu 1mg/ml?

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza dostarczenie dwóch lub trzech wzorców jedno- lub wielopierwiastkowych tak, aby możliwy był pomiar wszystkich wymienionych w §1 (p. A) SIWZ pierwiastków, pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących certyfikatów, stężenia (1000 mg/kg każdy pierwiastek) i objętości (100 mL każdy wzorec).