

<http://www.bosmal.com.pl>E-mail:
bosmal@bosmal.com.pl**Sekretariat:**☎ +48 33 8130539
☎ +48 33 8130538
☎ +48 33 8125038

REGON: 072907563

NIP: 547-201-31-59

Konta bankowe:**Bank Pekao SA**
32 1240 4142 1111 0000
4823 8630,**Bank Handlowy SA**08 1030 1087 0000 0000
8317 2002**Kapitał zak.:** 5 150 000 złAQAP 2110:2009
PN-EN ISO 9001:2009
1124/A/2015Certyfikowany na zgodność z
PN-EN ISO 9001:2009
PN-EN ISO 14001:2005
PN-A-18001:2004
OHSAS 18001:2007

JBS-199/2/2015

B-21/2/2015



AB 128



Bielsko – Biała, dn. 22.08.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę (wraz z instalacją i uruchomieniem) fabrycznie nowej, automatycznej, elektrycznej stapiarki próbek mineralnych (stałych i proszkowych) i polimerów, dla celów analizy WD-XRF – BOS/66/NZ/17

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonej analizy ofert postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, (wraz z instalacją i uruchomieniem) fabrycznie nowej, automatycznej, elektrycznej stapiarki próbek mineralnych (stałych i proszkowych) i polimerów, dla celów analizy WD-XRF, wygrała firma MS SPECTRUM, ul. Lubomira 4, 04-002 Warszawa, składając najkorzystniejszą ofertę.

Poniżej przedstawiamy szczegółową analizę:

- kryterium cena PLN:

| Testchem Sp. z o.o. | PD Instruments Sp. z o.o. | MS SPECTRUM |
|--|---|---|
| (173061 / 215865) x 0,58 x 100 = 46 pkt | 173061 / 236160) x 0,58 x 100 = 42 pkt | 173061 / 173061) x 0,58 x 100 = 58 pkt |

- kryterium możliwość rozbudowy stapiarki o kolejne stanowisko:

| Testchem Sp. z o.o. | PD Instruments Sp. z o.o. | MS SPECTRUM |
|---------------------|---------------------------|-------------|
| 0 pkt | 0 pkt | 10 pkt |

- kryterium możliwość prowadzenia stapiania od 100°C:

| Testchem Sp. z o.o. | PD Instruments Sp. z o.o. | MS SPECTRUM |
|---------------------|---------------------------|-------------|
| 10 pkt | 0 pkt | 10 pkt |

- kryterium możliwość prowadzenia stapiania do min. 1200°C:

| Testchem Sp. z o.o. | PD Instruments Sp. z o.o. | MS SPECTRUM |
|---------------------|---------------------------|-------------|
| 5 pkt | 5 pkt | 5 pkt |

- kryterium możliwość rozbudowy urządzenia o oprzyrządowanie pozwalające na przygotowywanie próbek ciekłych do pomiarów techniką ICP-OES poprzez roztworzenie stopionej próbki:

| Testchem Sp. z o.o. | PD Instruments Sp. z o.o. | MS SPECTRUM |
|---------------------|---------------------------|-------------|
| 0 pkt | 0 pkt | 5 pkt |

- kryterium uchwyty do foremek umożliwiające regulację pozwalającą na uzyskanie „perel” w foremkach różnej średnicy:

| Testchem Sp. z o.o. | PD Instruments Sp. z o.o. | MS SPECTRUM |
|---------------------|---------------------------|-------------|
| 0 pkt | 0 pkt | 2 pkt |

- kryterium oprogramowanie w języku polskim z darmową aktualizacją:

| Testchem Sp. z o.o. | PD Instruments Sp. z o.o. | MS SPECTRUM |
|---------------------|---------------------------|-------------|
| 5 pkt | 0 pkt | 5 pkt |

- kryterium całkowita masa urządzenia (1 pkt za każde 10 kg poniżej 100 kg, maksymalnie 5 pkt):

| Testchem Sp. z o.o. | PD Instruments Sp. z o.o. | MS SPECTRUM |
|---------------------|---------------------------|-------------|
| 4 pkt | 1 pkt | 4 pkt |

SUMA:

| Testchem Sp. z o.o. | PD Instruments Sp. z o.o. | MS SPECTRUM |
|---------------------|---------------------------|-------------|
| 64 pkt | 48 pkt | 99 pkt |

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w dniu 29.08.2017r.

Z poważaniem

Institut Badań i Rozwoju Motoryzacji
BOSMAL Sp. z o.o.
Zastępca Prezesa Zarządu
DYREKTOR Dł. BADAŃ
mgr inż. *Wojciech Trybus*

Institut Badań i Rozwoju Motoryzacji
BOSMAL Sp. z o.o.
Zastępca Prezesa Zarządu
DYREKTOR
dr inż. Arkadiusz Stojcecki