



AB 128



Scope-ID: ST38TZ, Assessment-ID: AN26C1-3. TISAX and TISAX results are not intended for general public. Results are available through the ENX Portal (<https://portal.enx.com/en-US/TISAX/tisaxassessmentresults/>)



Zakres uznania nr 4 022 2010 L

BOSMAL®

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Sarni Stok 93
woj. śląskie, POLSKA



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Bielsko – Biała 23.05.2025r.

Nr postępowania: **BOS/43/NZ/25**

Id postępowania: **1096309**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Dostawa licznika częstotek stałych

Niniejszym informujemy, iż w dniu 23.05.2025r. wpłynęło do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. zapytanie potencjalnego oferenta dotyczące SWZ, o następującej treści:

Ważność certyfikatów ISO17025

W paragrafie 1 Istotnych Postanowień Umowy w punkcie 5, podpunkt m, n, o. Zamawiający wymaga datę ważności kalibracji nie krócej niż 11 miesięcy od terminu uruchomienia u Zamawiającego.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że po procesie produkcji urządzenia, przechodzi ono wewnętrzne testy, niezbędne procedury kalibracyjne i końcowe testy. Kolejnym krokiem jest przekazanie urządzenia do działu logistyki, gdzie jest odpowiednio pakowane, przygotowywana jest dokumentacja a następnie towar przekazywane jest do spedytora. Jest to proces, który wymaga zaangażowania i koordynacji działań kilku działów i który wymaga odpowiedniego czasu. Następnie należy uwzględnić czas dostawy oraz czas pomiędzy dostawą towaru a rozpoczęciem uruchomienia, który musi zostać uzgodniony z Wykonawcą z uwagi na dostępność stanowisk testowych. Nie zawsze zależy on od Wykonawcy.

Wobec powyższego zwracamy się z wnioskiem o zmianę daty ważności kalibracji nie krócej niż 10 miesięcy od terminu uruchomienia u Zamawiającego.

Próbkowanie spalin

Czy do punktów poboru spalin wymagane są dodatkowe elementy do montażu do linii próbkującej?

Dyrektywa maszynowa 206/42/CE

Pismem z dnia 12.05.25 informowaliśmy, że urządzenie będące przedmiotem przetargu nie podlega zakresowi Dyrektywy Maszynowej 206/42/CE.

W związku z powyższym prosimy o usunięcie ze Specyfikacji Przetargowej wszelkich wymagań dotyczących tej Dyrektywy.

certyfikaty i zakresy:
www.bosmal.com.pl/zakresy/



www.bosmal.com.pl, www.bosmal.eu
bosmal@bosmal.com.pl
+48 33 8130539
+48 33 8130538
REGON: 072907563, NIP: 5472013159

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
KRS 0000221979
Kapitał zakładowy: 5 150 000 PLN

Konta bankowe (PLN):
Bank Pekao SA: 32 1240 4142 1111 0000 4823 8630
CITI Bank Handlowy SA: 08 1030 1087 0000 0000 8317 2002

Poniżej udzielamy następujących wyjaśnień, gdzie Zamawiający postanowił doprecyzować stosowne zapisy SWZ i otrzymują one następujące brzmienie:

Ad. Paragraf 1 Istotnych Postanowień Umowy – Przedmiot Umowy, Punkt 5 m, n, o.

SWZ §9 pkt. 1.8 m, n, o

1. Wykonawca powinien zapewnić:

1.8 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z urządzeniem kompletnej dokumentacji

...

- m. certyfikaty kalibracji CPC PN10 zgodny z ISO 17025 (data ważności kalibracji nie krócej niż 11 miesięcy od terminu dostawy do Zamawiającego lub nie krócej niż 10 miesięcy od terminu odbioru urządzenia w siedzibie zamawiającego),
- n. certyfikaty kalibracji CPC PN23 zgodny z ISO 17025 (data ważności kalibracji nie krócej niż 11 miesięcy od terminu dostawy do Zamawiającego lub nie krócej niż 10 miesięcy od terminu odbioru urządzenia w siedzibie zamawiającego),
- o. certyfikaty kalibracji VPR zgodny z ISO 17025 (data ważności kalibracji nie krócej niż 11 miesięcy od terminu dostawy do Zamawiającego lub nie krócej niż 10 miesięcy od terminu odbioru urządzenia w siedzibie zamawiającego).

Załącznik nr 7 Istotne Postanowienia Umowy §1 pkt. 5 m, n, o

5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z urządzeniem kompletnej dokumentacji

...

- m. certyfikaty kalibracji CPC PN10 zgodny z ISO 17025 (data ważności kalibracji nie krócej niż 11 miesięcy od terminu dostawy do Zamawiającego lub nie krócej niż 10 miesięcy od terminu odbioru urządzenia w siedzibie zamawiającego),
- n. certyfikaty kalibracji CPC PN23 zgodny z ISO 17025 (data ważności kalibracji nie krócej niż 11 miesięcy od terminu dostawy do Zamawiającego lub nie krócej niż 10 miesięcy od terminu odbioru urządzenia w siedzibie zamawiającego),
- o. certyfikaty kalibracji VPR zgodny z ISO 17025 (data ważności kalibracji nie krócej niż 11 miesięcy od terminu dostawy do Zamawiającego lub nie krócej niż 10 miesięcy od terminu odbioru urządzenia w siedzibie zamawiającego).

Ad. Paragraf 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Punkt 3.2. Próbkowanie spalin

SWZ §2 pkt. 3.2

...

3.2 Zamawiający zapewnia odpowiednie punkty poboru próbki spalin:

- 3.2.1. ze spalin surowych – wylot z silnika (przed układem oczyszczania spalin - PRE Cat),

3.2.2. ze spalin surowych – wylot z rury wylotowej pojazdu (za układem oczyszczania spalin - POST Cat),

3.2.3. ze spalin częściowo rozcieńczonych (PFDT) oraz ze spalin rozcieńczonych (CVS) należy rozumieć jako tożsame punkty poboru.

Do punktów poboru spalin nie są wymagane dodatkowe elementy do montażu linii próbkującej dostarczanego urządzenia

...

Ad. Paragraf 1 Istotnych Postanowień Umowy – Przedmiot Umowy, Punkt 5 d.

SWZ §9 pkt. 1.8 d

1. Wykonawca powinien zapewnić:

...

1.8 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z urządzeniem kompletnej dokumentacji w języku **polskim lub angielskim** (wersja elektroniczna, certyfikaty w wersji papierowej), zawierającej przynajmniej:

...

d. instrukcje dotyczące użytkowania, napraw oraz konserwacji wraz z kompletnym opisem procedur pomiarowych, opisem procedur kalibracji, powinny być dostarczone z tłumaczeniem na język polski, przynajmniej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa użytkownika

...

Załącznik nr 7 Istotne Postanowienia Umowy §1 pkt. 5d

...

5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z urządzeniem kompletnej dokumentacji w języku polskim lub angielskim (wersja elektroniczna, certyfikaty w wersji papierowej), zawierającej przynajmniej:

...

d. instrukcje dotyczące użytkowania, napraw oraz konserwacji wraz z kompletnym opisem procedur pomiarowych, opisem procedur kalibracji, powinny być dostarczone z tłumaczeniem na język polski przynajmniej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa użytkownika

W odniesieniu do pozostałych zapisów, Zamawiający ustalił wymagania w dokumentach zamówienia i nie wprowadza żadnych zmian.