



AB 128



Scope-ID: ST38TZ, Assessment-ID: AN26C1-3. TISAX and TISAX results are not intended for general public. Results are available through the ENX Portal (<https://portal.enx.com/en-US/TISAX/tisaxassessmentresults/>)



Zakres uznania nr 4 022 2010 L

certyfikaty i zakresy:
www.bosmal.com.pl/zakresy/



BOSMAL®

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Sarni Stok 93
woj. śląskie, POLSKA



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Bielsko – Biała 20.05.2025r.

Nr postępowania: **BOS/43/NZ/25**

Id postępowania: **1096309**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Dostawa licznika cząstek stałych

Niniejszym informujemy, iż w dniu 12.05.2025r. wpłynęło do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. zapytanie potencjalnego oferenta dotyczące SWZ, o następującej treści:

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym na licznik cząstek stałych prosimy o:

- udostępnienie formularzy przetargowych (formularza ofertowego, oświadczeń oraz wykazu dostaw, dokumentu JEDZ) w edytowalnym formacie WORD,
- dopuszczenie złożenia opisu technicznego oferowanego urządzenia w języku angielskim

Istotne Postanowienia Umowy

Paragraf 1 - Przedmiot Umowy, Punkt 5 d.

Prosimy o wykreślenie zapisów tego punktu.

Wykonawca nie dostarczy dokumentacji z zakresu instrukcji napraw, konserwacji, opisów kalibracji ponieważ tego typu dokumentacja przeznaczona jest wyłącznie do użytku wewnętrznego dostawcy.

Ponadto Zamawiający powołuje się na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1230 z dnia 14.06.2023, który po pierwsze nie ma zastosowania do urządzenia pomiarowego będącego przedmiotem przetargu i dodatkowo nie obowiązuje. Rozporządzenie to zacznie obowiązywać dopiero od 2027r.

Paragraf 1, Punkt m. n. o

Prosimy o usunięcie dat ważności kalibracji.

www.bosmal.com.pl, www.bosmal.eu
bosmal@bosmal.com.pl
+48 33 8130539
+48 33 8130538
REGON: 072907563, NIP: 5472013159

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
KRS 0000221979
Kapitał zakładowy: 5 150 000 PLN

Konta bankowe (PLN):
Bank Pekao SA: 32 1240 4142 1111 0000 4823 8630
CITI Bank Handlowy SA: 08 1030 1087 0000 0000 8317 2002

Paragraf 5, Punkt 4.

Prosimy o uzupełnienie tego punktu o zapis: Zgłoszenie usterki w dni wolne pracy nie powoduje rozpoczęcia biegu czasu reakcji serwisu.

Paragraf 5, Punkt 5

Prosimy o dokonanie następującej zmiany w zapisie tego punktu:

Maksymalne opóźnienie w reakcji serwisu (rozpoczęciu interwencji) nie powinno być dłuższe niż **2 dni robocze (48 godzin)**, a potwierdzenie zarejestrowania zgłoszonego problemu powinno zostać otrzymane nie później niż ~~jeden dzień~~ dwa dni robocze **(24 48 godzin)** po zgłoszeniu problemu przez BOSMAL (za pośrednictwem poczty e-mail ~~lub telefonu~~). Konkretnie działania związane z interwencją serwisową powinny zostać podjęte nie później niż **3 7 dni roboczych (72 godziny)** po zgłoszeniu problemu.

Paragraf 5, Punkt 6

Prosimy o wydłużenie maksymalnego czasu naprawy do 15 dni roboczych i wykreślenie z zapisu tego punktu zdania: *Jeżeli awarii nie można usunąć w wyznaczonym terminie, uszkodzony komponent musi zostać wymieniony na nowy, wolny od wad.*

Wydłużony czas naprawy w niektórych wypadkach spowodowany jest koniecznością sprowadzenia odpowiednich części z rynku, które w wyniku przerwanych dostaw nie zawsze są dostępne od ręki. Taki przypadek nie może warunkować konieczności wymiany na nowy element ponieważ jest to sytuacja, na którą Wykonawca nie ma wpływu.

Paragraf 5, Punkt 9

Prosimy o zmianę czasu dostępności części zamiennych oraz serwisu pogwarancyjnego przez okres 7 lat.

Paragraf 5, Punkt 10

Prosimy o zmianę dostępności serwisu pogwarancyjnego w przeciągu 15 dni, wykreślenie możliwości zgłaszania usterek telefonicznie (w tym celu Wykonawca zapewnia zgłaszanie usterek za specjalnie dedykowany do tego celu adres email) oraz wykreślenie warunku naprawy gwarancyjnej w miejscu Zamawiającego, kiedy ten wyrazi taką wolę.

Naprawa na miejscu z uwagi na skalę usterki a także bardzo często konieczność wykonania po takiej naprawie kalibracji nie zawsze będzie mogła odbyć się na miejscu a część bądź element urządzenia będzie musiał zostać wysłany do autoryzowanego serwisu Wykonawcy.

Paragraf 5, Punkt 11

Prosimy o zredukowanie kary umownej do wysokości 10% wynagrodzenia określonego w Umowie.

Paragraf 5, Punkt 12

Prosimy o zredukowanie wysokości kar za niewykonanie Przedmiotu Umowy w terminie do 0,2% wartości Umowy za każdy tydzień zwłoki.

Paragraf 5, Punkt 13

Prosimy o zredukowanie maksymalnej wysokości kar umownych do 10% wartości Umowy.

Proponowane przez Zamawiającego kary w punktach 12 i 13 paragrafu 5 są rażąco wygórowane i w opinii Wykonawcy nie znajdują uzasadnienia.

Paragraf 7 – Postanowienia końcowe

Prosimy o uzupełnienie paragrafu 7 o wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy o następujące punkty:

1. Odpowiedzialność i zobowiązania Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za produkt są wyłączone, jeśli nie przestrzegano określonych przepisów dotyczących obsługi Sprzętu, instrukcji jego użytkowania i/lub ostrzeżeń i przepisów bezpieczeństwa określonych przez Wykonawcę.
2. Poza zakresem bezwzględnie obowiązujących przepisów o odpowiedzialności za produkt, odszkodowanie przysługuje wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca zostanie uznany za odpowiedzialnego za umyślne działanie lub rażące zaniedbanie. W takim przypadku roszczenia są ograniczone do obrażeń ciała i szkód materialnych wynikających bezpośrednio z wady Sprzętu. Wszelkie inne roszczenia, takie jak następcza utrata własności lub zysku, koszty wycofania produktu są wyraźnie wyłączone z Umowy. Roszczenia muszą być zgłaszane na piśmie w terminie sześciu miesięcy od daty wystąpienia szkody, ale nie później niż dwa lata od daty wysyłki, w przeciwnym razie przepadają.

PYTANIA DO CZĘŚCI TECHNICZNEJ.

Paragraf 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1.1.2. Cyklonowy pre-klasyfikator cząstek (PCF)

Czy Zamawiający obligatoryjnie wymaga dostawy cyklonowe separatora cząstek w dostawie?
Czy dopuszcza alternatywne użycie sondy Euronorm?

Punkt 2.3. Części eksploatacyjne:

Prosimy o usunięcie tego punktu z zakresu przedmiotu zamówienia. Oferent na etapie przygotowania oferty nie jest w stanie oszacować zużycia części eksploatacyjnych. Zależy ono od wielu czynników przede wszystkim intensywności użytkowania instrumentu, rodzaju wykonywanych testów, typów testowanych silników itp. Są to czynniki niezależne od Wykonawcy i nie jest on w stanie określić ich ilości w okresie gwarancyjnym ani pogwarancyjnym.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie, w zależności od intensywności przeprowadzanych testów będzie zaopatrywał się w materiały zużywalne.

Punkt 3.2. Próbkowanie spalin:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zapewni odpowiednie systemy poboru próbki we wszystkich wymienionych punktach poboru spalin. Jeżeli systemy poboru próbki mają być uwzględnione w ofercie Oferenta, to prosimy o szczegółowe opisanie wymaganego systemu poboru próbki dla każdego z wymienionych punktów poboru spalin oraz wyspecyfikowanie liczby poszczególnych punktów poboru spalin dla których Oferent będzie zobowiązany zaoferować system poboru próbki.

3.4. Możliwe zastosowanie:

Prosimy o usunięcie tego punktu ze specyfikacji

Tabela 1. Wymagania techniczne

4. Współczynnik redukcji koncentracji cząstek fr(d):

Dla wyższych współczynników rozcieńczania warunek może nie być spełniony – wysokie współczynniki rozcieńczania są używane jedynie dla testów R&D

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje to wyjaśnienie.

7. Sprawność zliczania PNC

Z uwagi na fakt, że przepisy dopuszczają sprawność zliczania PNC dla średnicy 10 nm na poziomie **65 ±15%**, prosimy o zmianę tego parametru.

Specyfikacja wymaga sprawności zliczania na poziomie **65 ±12%**, co nie odzwierciedla wymagań legislacyjnych.

4. Instalacja i odbiór przedmiotu zamówienia:

Prosimy o rozważenie redukcji ilości wymaganych testów podczas prób odbiorczych. Czy zamawiający faktycznie przewiduje 10 testów odbiorczych?

Dla bardziej efektywnego przebiegu szkolenia, prosimy o zredukowanie liczby uczestników szkolenia do maksymalnie 6 osób.

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie materiałów szkoleniowych tylko w języku angielskim?

Tabela 3. Zakres odpowiedzialności

1. Przedmiotem dostawy w niniejszym postępowaniu jest wyłącznie urządzenie do pomiaru licznika cząstek stałych. W związku z tym odpowiedzialność za podłączenie tego urządzenia do innych systemów będących w posiadaniu Zamawiającego powinno leżeć w zakresie odpowiedzialności Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuszcza podłączenie urządzenia do istniejących systemów emisji we własnym zakresie?
7. Jak wyżej. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie i integrację wszystkich komponentów we własnym zakresie?
9. Integracja z systemami automatyki nie zawiera się w przedmiocie niniejszego postępowania – prosimy o usunięcie tego punktu ze specyfikacji.

Paragraf 6. SPOSÓB BADANIA I OCENY OFERT. KRYTERIA WYBORU OFERT

Tabela 4. Kryteria oceny

Części eksploatacyjne (zużywalne), których ilość na poziomie przygotowania oferty jest nie do oszacowania, nie może znajdować się w kryterium oceny ofert. Prosimy o usunięcie tej pozycji z kryterium „Cena kompletnego urządzenia”.

Poniżej udzielamy następujących wyjaśnień:

W załączeniu do niniejszego pisma udostępniamy formularze przetargowe (formularz ofertowy, oświadczeń, wykazu dostaw, dokumentu JEDZ) w edytowalny formacie WORD.

Zamawiający postanowił uzupełnić zapis **w SWZ §5 pkt. 20**, który otrzymuje brzmienie:

20. Do oferty ponadto należy dołączyć krótki opis techniczny oferowanego urządzenia w podstawowych funkcjach i wymaganiach określonych w §2 SWZ w języku polskim, mającego na celu potwierdzenie, że oferowany produkt będzie spełniał wymagania / parametry wskazane w SWZ, pozwalającego na dokonanie oceny ofert.

Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający postanowił doprecyzować stosowne zapisy SWZ oraz niektórych załączników i otrzymują one następujące brzmienie:

Ad. Paragraf 1 - Przedmiot Umowy, Punkt 5 d.

SWZ §9 pkt. 1.8 d

1. Wykonawca powinien zapewnić:

...

1.8. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z urządzeniem kompletnej dokumentacji w języku **polskim lub angielskim** (wersja elektroniczna, certyfikaty w wersji papierowej), zawierającej przynajmniej:

...

d. instrukcje dotyczące użytkowania, napraw oraz konserwacji wraz z kompletnym opisem procedur pomiarowych, opisem procedur kalibracji, w części niezbędnej z punktu widzenia **dyrektywy 2006/42/EC** w sprawie maszyn, powinny być dostarczone z tłumaczeniem na język polski,

...

Załącznik nr 7 Istotne Postanowienia Umowy §1 pkt. 5d

...

5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z urządzeniem kompletnej dokumentacji w języku polskim lub angielskim (wersja elektroniczna, certyfikaty w wersji papierowej), zawierającej przynajmniej:

d. instrukcje dotyczące użytkowania, napraw oraz konserwacji wraz z kompletnym opisem procedur pomiarowych, opisem procedur kalibracji, w części niezbędnej z punktu widzenia **dyrektywy 2006/42/EC** w sprawie maszyn, powinny być dostarczone z tłumaczeniem na język polski

...

Ad. Paragraf 5, Punkt 11, 12,13

Zamawiający ustalił kary na poziomie zawartym w SWZ – Załącznik nr 7 tak, by oceniane kryterium skrócenia terminu dostawy §6 pkt. 3 SWZ zapewniało konkurencyjność ofert i jednocześnie uniemożliwienie nieuczciwych praktyk skracania terminów realizacji do oferty w celu przedstawienia korzystniejszej oferty (uzyskania dodatkowych punktów), a na etapie realizacji umowy zapłacenia korzystniejszej kary za niedotrzymanie terminu realizacji umowy. Zamawiającemu zależy na szybkiej dostawie urządzenia i dlatego SWZ zawiera szeroki zakres czasowy na realizację zamówienia (14 – 28 tygodni).

Po dokonaniu ponownej analizy kar umownych, Zamawiający wprowadza modyfikację zapisu:

Załącznik nr 7 Istotne Postanowienia Umowy §5 pkt. 12 – 13

...

12. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie w wysokości 2,5% wartości Umowy za każdy tydzień zwłoki.
13. Wysokość kar umownych, które mogą dochodzić Strony Umowy nie może przekroczyć 25% ceny Umowy.

Ad. Paragraf 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SWZ §2 pkt. 2 ust. 2.1.1.2

...

2. Zakres dostawy:

...

2.1.1.2. Cyklonowy pre-klasyfikator cząstek (PCF) lub alternatywne rozwiązanie zgodnie z Załącznikiem B5, punkt 4.3.1.1.2 do Regulaminu ONZ nr 154.

...

Ad. Paragraf 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SWZ §2 pkt. 2 ust. 2.3.1.

...

2.3. Części eksploatacyjne:

2.3.1. Części eksploatacyjne niezbędne do zapewnienia spójności pomiarowej. Muszą to być części niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia pomiędzy corocznymi okresami przeglądu urządzenia w całym okresie gwarancyjnym (części eksploatacyjne niezbędne do prawidłowego działania urządzenia wynikające wprost z zapisów w Instrukcji obsługi urządzenia i wytycznych do prawidłowego użytkowania urządzenia pomiędzy okresami deklarowanej gwarancji przy założeniu rocznego wykonania 800 testów emisji WLTC na hamowni podwoziowej i 100 testów emisji WHTC/WHSC na hamowni silnikowej).

...

Ad. Paragraf 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Punkt 3.2. Próbkowanie spalin

SWZ §2 pkt. 3.2

...

3.2 Zamawiający zapewnia odpowiednie punkty poboru próbki spalin:

- 3.2.1. ze spalin surowych – wylot z silnika (przed układem oczyszczania spalin - PRE Cat),
- 3.2.2. ze spalin surowych – wylot z rury wylotowej pojazdu (za układem oczyszczania spalin - POST Cat),
- 3.2.3. ze spalin częściowo rozcieńczonych (PFDT) oraz ze spalin rozcieńczonych (CVS) należy rozumieć jako tożsame punkty poboru.

...

Ad. Tabela 1. Wymagania techniczne

SWZ §2 pkt. 3.5

...

7. Sprawność zliczania PNC

7	Nominalna średnica ruchliwości elektrycznej cząstek stałych	10 nm	15 nm	23 nm	41 nm
	Sprawność zliczania PNC	65 ±15%	> 90%	50 ±12%	> 90%

Ad. Tabela 3. Zakres odpowiedzialności

SWZ §2 pkt. 4

Tabela 3. Zakres odpowiedzialności

L.p.	Zadanie	BOSMAL	Wykonawca
1	Podłączenie urządzenia do istniejących systemów emisji	X (Pełne wsparcie Wykonawcy) (Akceptacja)	X (Z pełnym wsparciem BOSMAL) (Dostarczenie wymagań)

...

L.p.	Zadanie	BOSMAL	Wykonawca
9	Integracja z systemem automatyki	X (Akceptacja dokumentacji) (Integracja)	X (Dostarczenie pełnej dokumentacji zastosowanego protokołu komunikacyjnego)

...

W odniesieniu do pozostałych pytań, Zamawiający ustalił wymagania w dokumentach zamówienia i nie wprowadza żadnych zmian.

Przetarg nieograniczony to konkurencyjny tryb udzielania zamówienia publicznego, w którym oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą bez prowadzenia negocjacji z wykonawcami.