



AB 128



Scope-ID: ST38TZ, Assessment-ID: AN26C1-3. TISAX and TISAX results are not intended for general public. Results are available through the ENX Portal (<https://portal.enx.com/en-US/TISAX/tisaxassessmentresults/>)



Zakres uznania nr 4 022 2010 L

certyfikaty i zakresy:
www.bosmal.com.pl/zakresy/



BOSMAL®

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała, ul. Sarni Stok 93

woj. śląskie, POLSKA



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Bielsko – Biała 17.06.2025r.

Nr postępowania: **BOS/45/NZ/25**

Id postępowania: **1101325**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Dostawa komory ALSE

Niniejszym informujemy, iż w dniu 05.06 oraz 10.06.2025r. wpłynęły do Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. zapytania potencjalnych oferentów dotyczące SWZ oraz załącznika nr 7 Istotne Postanowienia Umowy, o następującej treści:

1. W OPZ w punkcie 1.12 d) Zamawiający wymaga, aby absorbery piramidalne posiadały odbiciowość co najmniej -16dB w paśmie od 80MHz do 40GHz aby spełnić wymagania CISPR25 oraz MIL-STD-461G,
Pytanie: Czy Zamawiający dopuści absorbery hybrydowe o odbiciowości -10dBw paśmie 30MHz do 40GHz, które są w zupełności wystarczające do spełnienia norm wskazanych w pkt. 1.1 OPZ?
2. W OPZ w punkcie 1.12 d) Zamawiający wymaga tłumienia odbić od obiektu badanego dużej wielkości. Jest to bardzo ogólny i niemierzalny wymóg, który wymaga doprecyzowania.

Pytanie: Czy określenie „duża wielkość obiektu” oznacza maksymalny rozmiar EUT określony w p. 1.3 b)? Jeśli tak, to Zamawiający powinien jasno określić, że nie dopuszcza metody badań odporności zgodnie z ISO 11452 za pomocą soczewki dołączonej do anteny (skupienie wiązki celem uzyskania większego natężenia pola, ale w mniejszym obszarze), gdyż właściwe narażenie polem będzie tylko lokalne.

3. W OPZ w punkcie 1.12 d) Zamawiający wymaga aby w specyficznych zakresach częstotliwości od 1,2 GHz do 1,4 GHz oraz 2,7 GHz do 3,1 odbiciowość absorberów była co najmniej -20dB.

Pytanie: W jakim celu w tych konkretnie zakresach częstotliwości Zamawiający potrzebuje lepszej odbiciowości od absorberów? Jeśli jest to związane z faktem, że Zamawiający zgadza się na soczewkowane wiązki (skupienie wiązki celem uzyskania większego natężenia pola, ale w mniejszym obszarze), to może mieć to uzasadnienie, ale wówczas powinno dotyczyć tylko kilku lokalnych absorberów w odpowiedni zaprojektowanej lokalizacji, a nie absorberów w całej komorze. Czy Zamawiający może uściślić ten wymóg?

www.bosmal.com.pl, www.bosmal.eu
bosmal@bosmal.com.pl
+48 33 8130539
+48 33 8130538
REGON: 072907563, NIP: 5472013159

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
KRS 0000221979
Kapitał zakładowy: 5 150 000 PLN

Konta bankowe (PLN):
Bank Pekao SA: 32 1240 4142 1111 0000 4823 8630
CITI Bank Handlowy SA: 08 1030 1087 0000 0000 8317 2002

4. Projekt umowy: par. 3 ust 3 lit c) - jest w nim mowa o co najmniej 1-dniowym szkoleniu, z kolei w par. 5 ust. 2 jest mowa o co najmniej 2-dniowym szkoleniu. Prosimy Zamawiającego o ujednolicenie zapisów.
5. Dotyczy dokumentu: „ZAŁĄCZNIK DO SWZ nr 7”
Dotyczy warunku: §4 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, punkt 14
Treść pytania: Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu? Ten punkt wzbudza wątpliwości co to zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Cel zabezpieczenia zdaje się być inny.
6. W Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie 38 w Tabeli 2 "Zakres odpowiedzialności" Zamawiający w pozycji 8 tabeli definiuje zadanie "Media (woda, zasilanie, sprężone powietrze)" jako swój zakres odpowiedzialności.
Czy Zamawiający może potwierdzić, że wykonanie zasilanie oznacza również wykonanie przez Zamawiającego stosownego uziemienia komory $\leq 1 \text{ Ohm}$?
Czy Zamawiający zapewni również odpowiednią płaskość posadzki pod komorą zgodnie z wytycznymi wykonawcy czy będzie to w całości w gestii wykonawcy?

Poniżej udzielamy następujących wyjaśnień, gdzie Zamawiający postanowił doprecyzować stosowne zapisy SWZ i otrzymują one następujące brzmienie:

Ad. 4

SWZ §2 pkt. 2 ppkt. 2.5

...

- 2.5. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia podstawowego w terminie wykonania przedmiotu zamówienia. Przeprowadzenie szkolenia i koszty realizacji tej części przedmiotu zamówienia powinny być ujęte w cenie oferty.
 - miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego.
 - czas prowadzenia szkolenia – co najmniej **2 dniowe** szkolenie obejmujące następujący zakres:

...

Istotne Postanowienia Umowy – załącznik nr 7

§3 ust.3c

...

3. Rozliczenie Umowy zawartej z wybranym Wykonawcą nastąpi w oparciu o fakturę w wysokości:
 - a. **20%** wartości Umowy, faktura wystawiona po podpisaniu Umowy,
 - b. **50%** wartości Umowy, faktura wystawiona po dostawie,
 - c. **30%** wartości Umowy, faktura wystawiona po uruchomieniu i podpisaniu protokołu końcowego.

Warunkiem zapłaty faktury końcowej z terminem płatności **30 dni** jest zainstalowanie urządzenia, jego uruchomienie, przeprowadzenie szkolenia (co najmniej **2 dzień**) w siedzibie Zamawiającego, dostarczenie przez Wykonawcę wymaganych w Umowie dokumentów oraz podpisanie przez Strony końcowego Protokołu Odbioru Urządzenia.

...

§5 ust.2

...

2. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego podstawowego - ujętego w cenie oferty – **co najmniej 2 dniowego** szkolenia obejmującego obsługę dostarczanego Przedmiotu Umowy.

...

Ad. 5

Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy §4 pkt. 14

...

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji wymienionych w ust. 13 w terminie do 7 dni od chwili zaistnienia podanych okoliczności pod groźbą naliczania kary umownej w wysokości 5% wartości zabezpieczenia za każdy stwierdzony przypadek.

Ad. 6

Zamawiający potwierdza, że przygotowanie uziemienia oraz płaskość posadzki należą do jego zakres odpowiedzialności.

W odniesieniu do pozostałych pytań, Zamawiający ustalił wymagania w dokumentach zamówienia i nie wprowadza żadnych zmian.

Zgodnie z SWZ, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, dając możliwość zaoferowania różnych rozwiązań spełniających wymagania/ parametry zdefiniowane w SWZ.

Przetarg nieograniczony to konkurencyjny tryb udzielania zamówienia publicznego, w którym oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą bez prowadzenia negocjacji z Wykonawcami.

Jednocześnie informujemy, że przesuwamy termin składania ofert na 08.07.2025r.

Było:

SWZ §8 ust. 1.1. i ust. 2.1.

ust. 1.1. Oferty wraz z oświadczeniami o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz innymi oświadczeniami lub dokumentami składanymi wraz z ofertą należy złożyć w sposób opisany **w niniejszej SWZ** w terminie **do dnia 23.06.2025 r do godziny 10:00.**
Otwarcie ofert w dniu 23.06.2025 r o godzinie 12:00.

...

ust. 2.1. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia **21 sierpnia 2025r. (21.08.2025 r.)**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (60 dni).

...

Jest:

§8 ust. 1.1. i ust. 2.1.

ust.1.1 Oferty wraz z oświadczeniami o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz innymi oświadczeniami lub dokumentami składanymi wraz z ofertą należy złożyć w sposób opisany **w niniejszej SWZ** w terminie **do dnia 08.07.2025.r do godziny 10:00.**
Otwarcie ofert w dniu 08.07.2025 r o godzinie 12:00.

...

ust. 2.1. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia **05 września 2025r. (05.09.2025 r.)**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (60 dni).

...